

Crna Gora
 JZU Opšta Bolnica „Blažo Orlandić“
 Broj HN 01-2138
 Bar 20.03.2020. god

OBRAZAC 2

Naručilac JZU opšta bolnica „Blažo orlandić“ Bar
 Broj HN 01- 2138
 Datum 20.03.2020.godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), I Uputstva o sprovođenju hitnih nabavki , broj 15351/1 od 01.11.2017.godine, JZU OPšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HITNU NABAVKU

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar	Lice/a za davanje informacija: Branka Milović
Adresa: Podgrad bb Stari Bar	Poštanski broj: 85353 Čeluga
Sjedište: Bar	PIB: 02015102
Telefon: 030-342-210, 030-342-213	Faks: 030-342-213
E-mail adresa: jzu-ob-bar@t-com.me	Internet stranica: http://www.bolnicabar.me/

II Predmet nabavke:

robe

III Opis predmeta nabavke:

Medicinska oprema za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata
 CPV 33100000-1 Medicinska oprema
 31640000-4 Uređaji i aparati sa posebnim funkcijama

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 75.000,00€.
 Sredstva su obezbijeđena donacijom.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

r. b.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Transportni ventilatori za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata	<p>Ventilator najnovije generacije - za mehaničku ventilaciju pluća odraslih pacijenata i dece, za bolnički i vanbolnički transport.</p> <p>Minimalne karakteristike koje ventilator mora da zadovoljava</p> <p>1 Invazivna ventilacija</p> <p>1.1 Volumenom kontrolisana ventilacija</p> <p>1.2 Pritiskom kontrolisana ventilacija</p> <p>1.3 Spontana ventilacija</p> <p>1.4 Kod pasivnog i spontanog disanja, pritisak i frekvencija srazmjerna respiratornoj mehanici pluća pacijenta.</p> <p>1.5 Spontano disanje pacijenta omogućeno je svo vrijeme u svim kontrolisanim modovima ventilacije</p> <p>2 Neinvazivna ventilacija</p> <p>2.1 Neinvazivna ventilacija sa garantovanom minimalnom frekvencijom</p> <p>2.2 Softverska opcija za High Flow O2 terapiju</p> <p>2.3 Mogućnost nadogradnje za neonatalni CPAP</p> <p>3 Opcije podrške spontanom disanju:</p> <p>3.1 Podrška pritiskom</p> <p>4 APNEA Ventilacija</p> <p>4.1 Automatsko uključivanje kontrolisane ventilacije u slučaju zastoja disanja (svi spontani modovi i tipovi disanja).</p> <p>5 Trigerovanje</p> <p>5.1 Trigerovanje inspirijuma protokom, podesivo.</p> <p>5.2 Ekspiratorni triger podesiv manuelno, uz automatsku kompenzaciju curenja.</p> <p>6 Parametri ventilacije:</p> <p>6.1 Vrijednosti setovanja svih disajnih parametara treba da budu u opsezima vrijednosti koje se uobičajeno primjenjuju u kliničkoj praksi prilikom ventilacije odraslih i dece sa disajnim volumenom u opsegu 2-2000 ml ili bolje. Mogućnost nadogradnje za ventilaciju neonatusa.</p> <p>6.2 Automatsko setovanje disajnih parametara u opsezima vrijednosti koje se primjenjuju u kliničkoj praksi obzirom na vrstu pacijenta (starosna dob, težina i visina).</p>	kom	1

	<p>7 Monitor osjetljiv na dodir dijagonale minimum 8 inča.</p> <p>7.1 Pritisak (maksimalni, plato, srednji)</p> <p>7.2 Totalni MV, MV spontanog disanja</p> <p>7.3 Tidalni volumen VT, inspiratorni i ekspiratorni VT</p> <p>7.4 FiO2</p> <p>7.5 Frekvencija disanja ukupna i spontana</p> <p>7.6 Komplijansa</p> <p>7.7 Rezistanca</p> <p>7.8 Trend parametara u trajanju 72h ili više</p> <p>7.9 Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom</p> <p>8 Alarmi</p> <p>8.1 Alarmi svih disajnih parametara i stanja ventilatora treba da budu u skladu sa zahtjevima ISO standarda.</p> <p>9 Ostale karakteristike ventilatora:</p> <p>9.1 Ventilator treba da ima automatsku i/ili manuelnu tubusnu kompenzaciju.</p> <p>9.2 Automatska kalibracija proksimalnog senzora protoka za sve pacijente.</p> <p>9.4 Ugrađena turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom, protok min 260l/min, sa HEPA filterom</p> <p>9.5 Da poseduje sertifikat za drumski (npr. EN 794-3, EN 1789) i vazdušni transport (npr. EN 13718-1, RTCA/DO-160F), težina max. 7kg.</p> <p>9.6 Namenjen za upotrebu u opsegu temperature -15 ÷ +40°C, zaštita IP24 ili bolje</p> <p>10 Pribor i prateća oprema:</p> <p>10.1 Pokretno postolje (kolica) ventilatora sa kočnicama na točkovima, jednostavno skidanje.</p> <p>10.2 Uz aparat je neophodno isporučiti sav potreban prateći pribor za nesmetan rad ventilatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Po 20 setova disajnih crijeva za svaki isporučeni ventilator (odrasli/đeca). - Priključno crijevo za kiseonik iz centralnog snabdijevanja i za pritisak 5 bara i DIN konekcija. - Kiseonička boca od 2L sa regulatorom pritiska sa brзом spojkom. - Maske za NIV u tri veličine <p>10.3 Napajanje aparata električnom energijom preko mrežnog priključka, u vozilu 12-28VDC i sa integrisanom baterijom minimalnog autonomnog rada 4h.</p> <p>NAPOMENA:</p> <p>VENTILATOR TREBA DA BUDE OPERATIVAN I U OKOLNOSTIMA KADA CENTRALNI DOVODI MEDICINSKIH GASOVA NIJESU DOSTUPNI, ODNOSNO MORA IMATI MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA BOCE MEDICINSKOG KISEONIKA SA POTREBNIM CRIJEVIMA.</p>	
--	---	--

2	<p>Ventilator za dugotrajnu mehaničku ventilaciju pluća odraslih i pedijatrijskih pacijenata</p>	<p>Ventilator najnovije generacije - za dugotrajnu mehaničku ventilaciju pluća odraslih pacijenata i dece, koji zadovoljava minimum sljedeće karakteristike :</p> <p>1 Invazivna ventilacija</p> <p>1.1 Volumenom kontrolisana ventilacija 1.2 Pritiskom kontrolisana ventilacija 1.3 Spontana ventilacija 1.4 Kod pasivnog i spontanog disanja, pritisak i frekvencija srazmjerna respiratornoj mehanici pluća pacijenta. 1.5 Spontano disanje pacijenta omogućeno je svo vrijeme u svim kontrolisanim modovima ventilacije</p> <p>2 Neinvazivna ventilacija</p> <p>2.1 Neinvazivna ventilacija sa garantovanom minimalnom frekvencijom 2.2 Softverska opcija za High Flow O2 terapiju</p> <p>3 Opcije podrške spontanom disanju:</p> <p>3.1 Podrška pritiskom 3.2 Podrška pritiskom targetovana volumenom</p> <p>4 APNEA Ventilacija</p> <p>4.1 Automatsko uključivanje kontrolisane ventilacije u slučaju zastoja disanja (svi spontani modovi i tipovi disanja).</p> <p>5 Trigerovanje</p> <p>5.1 Trigerovanje inspirijuma protokom, podesivo. 5.2 Trigerovanje inspirijuma pritiskom, podesivo. 5.3 Ekspiratorni triger podesiv manuelno, uz automatsku kompenzaciju curenja.</p> <p>6 Parametri ventilacije:</p> <p>6.1 Vrijednosti setovanja svih disajnih parametara treba da budu u opsezima vrijednosti koje se uobičajeno primjenjuju u kliničkoj praksi prilikom ventilacije odraslih, dece i opciono novorođenčadi, sa disajnim volumenom u opsegu 2-2000 ml ili bolje. 6.2 Automatsko setovanje disajnih parametara u opsezima vrijednosti koje se primjenjuju u kliničkoj praksi obzirom na vrstu pacijenta (starosna dob, težina i visina).</p> <p>7 Monitor osjetljiv na dodir dijagonale min.15 inča.</p> <p>7.1 Pritisak (maksimalni, plato, srednji) 7.2 Totalni MV, MV spontanog disanja 7.3 Tidalni volumen VT, inspiratorni i ekspiratorni VT 7.4 FiO2 7.5 Frekvencija disanja ukupna i spontana 7.6 Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom 7.8 Komplijansa 7.9 Rezistanca</p>		
---	--	--	--	--

	<p>8 Alarmi</p> <p>8.1 Alarmi svih disajnih parametara i stanja ventilatora treba da budu u skladu sa zahtjevima ISO standarda.</p> <p>9 Ostale karakteristike ventilatora:</p> <p>9.1 Ventilator treba da ima automatsku i/ili manueinu tubusnu kompenzaciju.</p> <p>9.2 Automatska kalibracija proksimalnog senzora protoka za sve pacijente.</p> <p>10 Pribor i prateća oprema:</p> <p>10.1 Pokretno postolje (kolica) ventilatora sa kočnicama na točkovima I nosačem pacijent crijeva.</p> <p>10.2 Uz aparat je neophodno isporučiti sav potreban prateći pribor za nesmetan rad ventilatora.</p> <p>10.3 Po 20 setova disajnih crijeva za svaki isporučeni ventilator (odrasli/đeca).</p> <p>10.4 Priključna crijeva za kiseonik i medicinski vazduh su iz centralnog snabdijevanja i za pritisak 5 bara i DIN konekcije.</p> <p>10.5 Napajanje aparata električnom energijom preko mrežnog priključka i sa integrisanom baterijom minimalnog autonomnog rada 60 min.</p> <p>10.6 Maske za NIV u tri veličine</p> <p>NAPOMENA: VENTILATOR TREBA DA BUDE OPERATIVAN I U OKOLNOSTIMA KADA CENTRALNI DOVODI MEDICINSKIH GASOVA NIJESU DOSTUPNI, ODNOSNO MORA IMATI MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA BOCE MEDICINSKOG KISEONIKA I VAZDUHA SA POTREBNIM CRIJEVIMA.</p>		
--	---	--	--

Cijene ponude treba da uključuje sve zavisne troškove nabavke (transport, osiguranje , carina i dr.) uključujući i pdv , do mjesta isporuke tj .prostorije JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, instaliranje opreme, obuka zaposlenih .

Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana isporuke. Pod isporukom se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika kojim se konstatuje da su aparati isporučeni, instalirani , testirani i izvršena obuka osoblja za rad na aparatima.

Dobavljač se obavezuje da će u garantnom roku obezbijediti servisnu podršku od strane obučениh servisera i to:

-redovno servisno održavanje , po preporuci proizvođača opreme, a najmanje jednom godišnje i

-korektivno održavanje po prijavi kvara od strane naručioca. Dobavljač je obavezan da se odazove na prijavu kvara u roku od najduže 24 časa i da kvar otklonu u roku od 10 dana

Ukoliko se kvar ne može otkloniti u roku od 10 dana , dobavljač je obavezan obezbijediti drugi aparat koji bi se ustupio na korišćenje naručiocu do okončanja popravke.

Servisne intervencije na opreme izvršiće se u prisusutvu predstavnika Naručioca i Dobavljača, što će biti i zapisnički konstatovano.

Garancija kvaliteta:

1. **Rješenje o upisu medicinskog sredstva kod Agencije ljeve i medicinska sredstva CG.**
2. **Obezbijeden servis u garantnom i vangarantnom roku na teritoriji Crne Gore od strane stručno osposobljenih servisera.** Stručna osposobljenost servisera se dokazuje dostavljanjem dokumenta (licenca sertifikat i dr) o obučeniosti za održavanje predmetne opreme izdato od strane proizvođača opreme, za najmanje 1 lice koje će biti angažovana na održavanju.
3. **Obezbijedeno snabdijevanje rezervnim djelovima, po zahtjevu kupca minimum 7 godina po isporuci opreme.**

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Isporuka opreme u prisustvu komisije imenovane od strane naručioca i predstavnika dobavljača.

Ostala dokumentacija za ponudu:

Ponuđač je dužan da u ponudi pored standardne dokumentacije dostavi i sljedeće:

1. **Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegovu medicinsku opremu po predmetnom postupku javne nabavke.** (Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegove aparate po predmetnom postupku javne nabavke može biti dostavljeno i na engleskom jeziku);
2. **Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđene medicinske opreme, u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđene medicinske opreme (markirano ili na drugi način obilježeno);** (navedeni dokaz može biti dostavljen i na engleskom jeziku, uz pravo naručioca da u slučaju potrebe zatraži prevod istog).
3. **Izjavu ponuđača da cijena aparata uključuje instaliranje i puštanje u rad isporučene medicinske opreme u prostorijama korisnika, od strane sertifikovanog servisera proizvođača, i da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenoj medicinskoj opremi za medicinsko i tehničko osoblje korisnika i dostaviti korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.**
4. **Izjava o angažovanom tehničkom osoblju sa dokazima o stručnim kvalifikacijama i načinu angažovanja.**
5. **Izjavu ponuđača da ima obezbijeden servis u Crnoj Gori za ponuđenu opremu, da će u garantnom roku: vršiti preventivno održavanje medicinske opreme, po preporuci proizvođača; da će se odazvati na prijavu kvara ili problema u radu aparata u roku ne dužem od 24 časa i kvar otkloniti u roku najduže do 10 dana od dana prijave kvara na medicinskoj opremi.**
6. **Izjavu proizvođača da će najmanje 7 godina od dana instalacije i puštanja u rad medicinske opreme biti dostupni rezervni djelovi i pružanje servisne usluge za ponuđenu opremu (navedena izjava može biti dostavljena i na engleskom jeziku).**
7. **Izjavu ponuđača da će nakon zaključivanja ugovora uz zapisnik o primopredaji, instaliranju i obuci dostaviti uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i na engleskom jeziku;**
8. **Izjavu ponuđača da su ponuđena medicinska oprema nova i nekorišćena.**

Sve zahtijevane izjave moraju biti svojeručno potpisane od strane ovlašćenog lica ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, osim izjave pod brojem 1 i 6 koju potpisuje i ovjerava proizvođač u skladu sa zakonskim propisima države proizvođača.

VI Način plaćanja

Plaćanje po predmetnoj nabavci - 15 dana isporuke robe, na osnovu ispostavljene fakture i zapisnika o isporuci, instaliranju opreme i obuci zaposlenih.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

1. **Garancija za dobro izvršenje ugovora-** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 7 dana po isteku garantnog roka, koju naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Izuzetno, ukoliko je potpisan ugovor uslov za izdavanje garancije za dobro izvršenje ugovora, garancija se može dostaviti u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe- u najkraćem mogućem roku.

Pod rokom isporuke se podrazumjeva se datum kada se zapisnički konstatuje da su izvršene sve sljedeće aktivnosti: komisijska kvalitativna i kvantitativna primopredaja robe, instaliranje i puštanje u rad opreme, obuka osoblja i dostavljanje korisničkog uputstva na crnogorskom jeziku.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova

Metodologija vrednovanja:

Ponuda sa najnižom cijenom dobija max broj bodova (100).

Ostale ponude dobijaju broj bodova proporcionalan odstupanju od najpovoljnije cijene, koji se izračunava po sljedećoj formuli:

najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena X broj bodova za podkriterij (100)

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 14 sati, zaključno sa danom 25.03.2020. godine do 9:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Podgrad bb Stari Bar.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Podgrad bb Stari Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 25.03.2020. godine u 9:30 sati u prostorijama JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, Podgrad bb - Stari Bar u prostoriji sale za stručne sastanke.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

XI-1 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom:
 - 4.1. Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima (dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa.
 - 4.2 Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.

*Izuzetno, ukoliko niko od ponuđača, ne nudi medicinsko sredstvo za koje je izdato Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinska sredstva koje nije upisano u registar, ukoliko je ponušeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama EU, Sad-a, Kanadi, Švajcarskoj, zemljama bivše SFRJ u kom slučaju moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- CE znak
- Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485
- Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača
- Deklaraciju o konformitetu

Zbog razloga hitnosti, ispunjenost obaveznih uslova za učešće u ovom postupku hitne nabavke, pod tačkom 1,2,3 prethodnog stava ponuđač dokazuje dostavljanjem:

RJEŠENJA/POTVRDE izdate od nadležnih organa(CRPS; Poreska uprava, Uprava lokalnih javnih prihoda, Ministarstvo pravde).

ili

IZJAVE o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku nabavke, datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjava prethodno navedene uslove.

XI-II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

Ponušač je obavezan da dostavi IZJAVU o nepostojanju sukoba interesa na obrascu koji je sastavni dio ovog Zahtjeva.

XII-III UPUTSTVO O SAČINJAVANJU PONUDE

- 1) Ponuda se sačinjava na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. U skladu sa članom 12 Zakona o javnim nabavkama Naučilac daje mogućnost ponužaču da dio dokumentacije ponude koja se odnosi na tehničke karakteristike(katalog), izjave ponuđača, sertifikati, deklaracije, ovlašćenja i dr budu na Engleskom jeziku. Ponuda se sačinjava kao jedinstvena cjelina koja treba da ispunjava uslove definisane zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično. Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude
- 2) U Finansijskom dijelu ponude, u koloni »bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke-robni naziv, kataloški broj, proizvođač« obavezno je navesti proizvođača, zaštićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđenog proizvoda.
- 3) Podnošenje alternativne ponuda nije dozvoljeno.
- 4) Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da mijenja ili dopunjava ponudu.
- 5) Ponuda se dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu

ponude navodi se: broj zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "PONUDA-NE OTVARAJ"

- 6) Cijena ponude mora biti iskazana u evrima (jedinična i ukupna), bez pdv-e i sa pdv-om
- 7) Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.
- 8) Model obrazaca za sastavljanje ponude je dat u Prilogu ovog Zahtjeva za dostavljanje ponuda

XII-4 OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI


Postupak je okončan dostavljanjem Obavještenja o ishodu postupka hitne nabavke.

Sa izabranim ponuđačem naručilac će zaključiti **Ugovor**.

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti


Službenik za javne nabavke

Branka Milošević, dipl. ecc



Ovlašćeno lice naručioca

Tomanović dr. Dragoslav, spec. hirurg



¹ Potpisan Zahtjev se nalazi u dokumentaciji hitne nabavke naručioca, te se ima smatrati validnim, bez pečata i potpisa

IZJAVA NARUČIOGA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
Broj: 01-2138
Mjesto i datum: Bar, 20.03.2020. godine

Izjavljujemo

da u postupku hitne nabavke broj 01-2138 od 20.03.2020 godine , za hitnu nabavku roba-Medicinska oprema za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke male vrijednosti .

Ovlašćeno lice naručioca
Direktor
dr Dragoslav Tomanović _____

Lice koje je učestvovalo u planiranju nabavke
Dr Svetlana Vučetić, anesteziolog _____

Lice koje je učestvovalo u planiranju nabavke
Danijela Mijović, dipl.pravnik _____

Službenik za javne nabavke
Branka Milović, dipl.ecc _____

¹ Potpisana Izjava se nalazi u dokumentaciji nabavke male vrijednosti naručioca , te se ima smatrati validnim , bez pečata i potpisa

Prilog

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku
broj 01-2138 od 20.03.2020.godine
za nabavku roba**

Medicinska oprema za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponuđaču
4. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača
5. Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
6. Izjava o angažovanom tehničkom osoblju
7. Ostale izjave
8. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
9. Nacrt ugovora sa potpisanom saglasnošću na isti
10. Katalog
11. Bankarska garancija ponude

PODACI O PONUDAČU**Podaci o podnosiocu ponude:**

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUDAČA

_____ (ponudač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača _____ daje

Izjavu

Da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 01-2138 od 20.03.2020. godine, za hitnu nabavku roba-Medicinska oprema za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata, i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

(ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću _____ u svojstvu ponuđača, dajemo

IZJAVU

Da ponuđač _____, sa sjedištem u _____, adresa _____, PIB _____ ispunjava se sve uslove o podobnosti za učešće u postupku nabavke male vrijednosti tj

- 1) Da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata

- 2) da je uredno prijavio, obračunao i izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište

- 3) da ponuđač _____ odnosno njegov zakonski zastupnik _____ -nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

MP

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU
ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licence, odobrenja i slično	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE
 broj _____ od _____

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku broj 01-2138 od 20.03.2020.godine

r.b.	opis predmeta	hitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke: robni naziv, kataložki broj, proizvođač	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
2								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar sa sjedištem u Baru, ulica Podgrad bb Stari Bar, PIB: 02015102, Broj računa: 535-11718-39, Naziv banke: Prva banka ad Podgorica, koga zastupa direktor dr Dragoslav Tomanović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Dobavljača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda hitna nabavka broj 01-2138 od 30.03.2020. godine

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: _____;

Ponuda ponuđača (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči Medicinska oprema za mehaničku ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata, u svemu prema prihvaćenoj ponudi, po sljedećoj specifikaciji opreme

CIJENA

Član 2.

Cijena ponude bez PDV - a: _____ € (_____ eura)

PDV: _____ EURa (_____)

Ugovorena vrijednost sa PDV-om iznosi _____ EURa (_____).

Ugovorena vrijednost uključuje : isporuku opreme na lokaciji f - co Naručilac, montažu, puštanje u rad i obuku osoblja, predaja korisničkog uputstva na crnogorskom jeziku, kao i održavanje opreme i softvera u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Ugovorena cijena bez pdv-a se ne može mijenjati.

ISPORUKA

Član 3.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči opremu specificiranu članom 1 ovog ugovora.

Pod isporukom se podrazumjeva se datum potpisivanja zapisnika kojim se konstatije da je završena: komisijska kvalitativna i kvantitativna primopredaja robe, instaliranje softvera i licenci, puštanje u rad opreme, obuka osoblja i dostavljeno korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.

Član 4

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u u najkraćem mogućem roku.

Član 5.

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku, instaliranje i testiranje ugovorene robe opreme, i obuku osoblja za rukovanje istom.

NARUČILAC se obavezuje da sve reklamacije na isporučenu opremu i zastoje u radu odmah prijavi na zvanični kontakt DOBAVLJAČA.

PLAĆANJE

Član 6.

NARUČILAC se obavezuje da izvrši plaćanje u korist dobavljača saglasno uslovima iz ponude: 15 dana od isporuke robe na osnovu Fakture i Zapisnika o isporuci, instaliranju opreme i obuci osoblja.

Plaćanje robe se vrši na osnovu fakture i prateće dokumentacije o isporuci. Faktura treba obavezno da sadrži poziv na broj Ugovora ili HPN 01-2018.

RASKID UGOVORA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet opreme koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA

Član 8.

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene opreme i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Garantni rok za isporučenu opremu iznosi 2 godine od dana isporuke.

U toku garantnog roka ponuđač je obavezan obavljati preventivno i korektivno održavanje opreme sa pripadajućim softverom o svom trošku, uključujući i rezervne djelove i material za održavanje.

Preventivno održavanje podrazumjeva 1 kontrolni pregled u garantnom roku, s tim da je zadnji pri isteku garantnog roka.

Korektivne intervencije se odnose na prijavljeni kvar. Ponuđač je obavezan odazvati se na prijavu u roku od 24 sata i isti otkloniti u roku od najduže 10 dana, od dana dijagnostikovanja kvara.

Garancija ne pokriva fizička oštećenja opreme.

Član 9.

DOBAVLJAČ se obavezuje za ce, na zahtjev naručioca, obezbijediti održavanje opreme, isporuku rezervnih djelova u vangarantnom roku do 7 godina od dana isporuke.

DOBAVLJAČ se obavezuje za ce, na zahtjev naručioca, obezbijediti isporuku rezervnih djelova 7 godina od dana isporuke opreme.

Član 10.

DOBAVLJAČ se obavezuje da do potpisivanja ugovora dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 7 dana po isteku garantnog roka, koju naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Izuzetno, ukoliko je potpisan ugovor uslov za izdavanje garancije za donbro izvršenje ugovora, ugovorne strane su saglasne da se garancija može dostaviti u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11.

Ugovornestrane su saglasne da upredmetnom otvorenom postupku javne nabavke, nije bilo kršenja antikorupcijskog pravila u smislu čl. 15, stav 5 Zakona o javnim nabavkama (" Sl. list CG " br. 42 / 11, 57 / 14, 28 / 15 i 42 / 17).

OSTALO

Član 12

Ukoliko u toku perioda važenja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog Ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostala pozitivna zakonska akta, koja regulišu predmetnu materiju.

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog Ugovora riješe sporazumno, mirnim putem u skladu sa dobrim poslovnim običajima. U suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 16.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaki primjerak predstavlja original, nakon potpisa i ovjere Naručilac zadržava 2 (dva), a dobavljač 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Dr Dragoslav Tomanović

DOBAVLJAČ

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („ Službeni list CG ”, br. 42 / 11, 57 / 14, 28 / 15 i 42 / 17).